Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Monitor Multiparâmetros para UTI

Item

10985

Sinônimos

Monitor Multiparamétrico para UTI, Monitor de Sinais Vitais para UTI

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Monitor Multiparâmetros para UTI para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI), Oximetria (SPO2), Pressão Invasiva (PI), Capnografia (ETCO2), Débito Cardíaco (DC), Agentes Anestésicos e Índice de Sedação Anestésica (BIS/ISA), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 22.576,00

- 5 PARÂMETROS BÁSICOS : ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR- TAMANHO: DE 10" A 12"- SUPORTE P/ MONITOR: POSSUI- PRESSÃO INVASIVA (PI): NÃO POSSUI- DÉBITO CARDÍACO: NÃO POSSUI- CAPNOGRAFIA: POSSUI- AGENTES ANESTÉSICOS: NÃO POSSUI- ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA: NÃO POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação.
As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- 5 PARÂMETROS BÁSICOS
Opção 1: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP

- TIPO/TAMANHO:
Opção 1: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12"

Opção 2: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 14" A 20"

- PRESSÃO INVASIVA (PI)
Opção 1: NÃO POSSUI
Opção 2: POSSUI

- DÉBITO CARDÍACO
Opção 1: NÃO POSSUI
Opção 2: POSSUI

- CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS / ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
Opção 1: MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / COM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
Opção 2: MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN / COM AGENTES ANESTÉSICOS / COM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
Opção 3: MÉT. NÃO ASPIR. COM SENSOR / COM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
Opção 4: MÉT. NÃO ASPIR. COM SENSOR / SEM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
Opção 5: MÉT. NÃO ASPIR. COM SENSOR / COM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
Opção 6: MÉT. NÃO ASPIR. COM SENSOR / COM AGENTES ANESTÉSICOS / COM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
Opção 7: SEM CAPNOGRAFIA / SEM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA

Para o processo licitatório, o proponente/convenente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	http://www.alfamed.com	(31)36816388
DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI	http://diversamed.com.br/	(62)985913635
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.draeger.com	(11)46894900

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	http://www.instramed.com.br	(51)30738228
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	http://www.olidef.com.br	(16)39199350
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt/	(11)21250600
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	http://www.prolife.com.br	(11)50817190

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**